

Delaftale 1: Badebænk

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
09 33 03 (-23)	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
Højdeindstillelig badebænk med 4 ben, sæde og støttegreb. Beregnet til at sidde på i forbindelse med bad eller foran håndvask. Skal kunne forsynes med ryglæn.	
Bredde	Skal kunne leveres i to størrelser. En standard og en smal model. Udvendig bredde skal være max. 53 cm. og 68 cm.
Højde	Højdeindstillelig, uden brug af værktøj fra min. 42 cm til min. 56 cm. Badebænken skal være indstillelig i interval på max. 3 cm.
Brugervægt	Skal være min. 150 kg. Badebænken skal være mærket med max. brugervægt.
Støttegreb	Afstand imellem støttegreb målt ved sæde fra 41 cm. til 52 cm.
Siddeenhed	Sæde skal være i skridsikkert materiale. Skal være fremstillet i pur-/gummi- materiale. Sæde skal yde god siddekomfort og være i et rengøringsvenligt materiale. Sæde må ikke være fugtabsorberende Det skal være muligt at udskifte sædeenheden
Ryglæn	Skal kunne monteres uden brug af værktøj. Ryglæn må ikke være fugtabsorberende
Rengøring	Stolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og i plejebolig.
Øvrigt	Hvis delene på badebænken er beregnet til at skilles ad, må de ikke kunne samles forkert. Badebænken skal være fast og stabilt under brug. Skal kunne stables. Skal være monteret med skridsikre dupsko. Badebænken skal være konstrueret, så den ikke samler vand. Hvor vand/fugt kan samles, skal der være drænering. Badebænken skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller yderbehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig overfor vand.
Leveringstid	Max. 5 hverdage.
Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)	
Dupsko	
Sædeenhed	

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 12182:2002 Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder og/eller
- det svenske Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation eller tilsvarende.

Badebænken skal være mærket med max. brugervægt.

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Alle brugsmål på badebænken

Max. brugervægt

Materialer, herunder korrosionsbestandighed

Komplet tilbehørsprogram

Tilladte rengøringsmetoder

Forventet levetid

Brugsanvisning, herunder monteringsanvisning

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser [3]

Leveringstid

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Indstillingsmuligheder, herunder

- højden
- monteringsbeslagene

Komfort for bruger, herunder

- siddekomfort

Sikkerhed

- stabilitet
- klemningsrisiko

Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, herunder

- indstillinger
- montering
- mærkning
- opbevaring

Tilbehørsprogram

Rengøringsvenlighed

Almindelig vedligeholdelse

Leveringstid