

## Delaftale 5: Kravspecifikation 1 (2) Toilet-badestol, med hjul

| ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)                         |  |
|---|--|
| 09 12 03 (-21)  |  |
| Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)   |  |
| Mobil toilet-badestol med fæste for spand eller bækken. |  |
| <b>Udvendig bredde</b>                                  | Skal være max. 58 cm.  |
| <b>Sædedybde</b>  | Min. 40 cm.  |
| <b>Højde</b>  | Stolen skal kunne køres ind over et almindeligt toilet på ca. 40 cm / et højt toilet på ca. 46 cm. Skal kunne højdeindstilles fra min. 47 cm til min. 60 cm uden brug af værktøj og med et interval på max. 3 cm.  |
| <b>Skubbehåndtag/-bøjle</b>                             | Skal være i området 100 cm. til 120 cm over gulv.  |
| <b>Brugervægt</b>                                       | Skal være min. 150 kg.<br>Stolen skal være mærket med max. brugervægt.   |
| <b>Armlæn</b>   | Skal være opklappelige. Afstand imellem armlæn skal være imellem 45 cm. til 56 cm.   |
| <b>Benstøtter</b>                                       | Skal være højdestilbare, svingbare og aftagelige.<br>Skal være justerbare uafhængig af stolens øvrige funktioner. Benstøtterne skal kunne justeres enkeltvis.  |
| <b>Fodplader</b>  | Der skal være hælrem eller lignende anordning, som hindrer foden i at glide bagud. Desuden opklappelige fodplader, som kan holde den opklappede stilling.  |
| <b>Hjul</b>   | Letløbende, svingbare hjul. Hjulene må ikke kunne smitte af på underlaget.<br>Der skal være ét retningsstyrende hjul.<br>Stolen skal have gode køreegenskaber.<br>Hjul skal være på min. 125 mm. i diameter  |
| <b>Bremser</b>  | Stolen skal kunne bremses på alle 4 hjul således, at stolen står sikkert. Bremsefunktionen skal være nem at betjene.   |
| <b>Siddeenhed</b>                                       | Sædet skal være med intimudskæring og ryggen skal yde god siddekomfort. Siddeenheden skal være i et rengøringsvenligt materiale.<br>Ryglæn skal have justerbare stropper eller lignende, der muliggør individuel tilpasning.   |
| <b>Rengøring</b>  | Stolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje, plejeboliger og hospitaler.   |
| <b>Øvrigt</b>   | Det skal være muligt, at benytte gode arbejdsstillinger ved betjening af stolen.<br><br>Hvis delene på stolen er beregnet til at skilles ad, må de ikke kunne samles forkert.<br><br>Stolen skal være konstrueret, så den ikke samler vand. Hvor vand/fugt kan samles, skal der være drænering.<br><br>Stolen skal være fremstillet af korrosionsbestandigt materiale eller yderbehandlet på en sådan måde, at den er korrosionsbestandig. |

|   |  |
|---|--|
| <b>Leveringstid</b>   | Max. 5 hverdage.   |
| <b>Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)</b>   |  |
| Spand eller bækken med låg.   |  |
| Sæder med forskellige udskæringer   |  |
| Sædepolstring med forskellige udskæringer   |  |
| Dækplade/ låg til sæde  |  |
| Justerbare benstøtter som kan justeres enkeltvis.   |  |
| Mulighed for faste ben med skridsikre dupsko i stedet for hjul  |  |
| Dupskoene skal kunne fås som reservedel   |  |
| <b>Krav til dokumentation</b>   |  |
| <b>Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.</b>   |  |
| Det kunne være dokumentation for prøvning efter   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• DS/EN 12182:2002 Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder og/eller</li> <li>• det svenske Hjälpmiddelsinstituts kravspecifikation eller tilsvarende</li> </ul> |  |
| Stolen skal være mærket med max. brugervægt.  |  |
| <b>Der skal medsendes oplysninger om følgende:</b>  |  |
| Alle brugsmål og vægtangivelser på toiletstolen   |  |
| Max. brugervægt   |  |
| Materialer, herunder korrosionsbestandighed   |  |
| Komplet tilbehørsprogram  |  |
| Stabilitet  |  |
| Tilladte rengøringsmetoder  |  |
| Forventet levetid   |  |
| Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser [4]   |  |
| Leveringstid  |  |
| <b>Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)</b>   |  |
| Indstillingsmuligheder, herunder <ul style="list-style-type: none"> <li>– højden</li> <li>– benstøtten og fodplader</li> </ul>  | Brugervenlighed for hjælper og depotmedarbejder, herunder <ul style="list-style-type: none"> <li>– indstillinger</li> <li>– håndterbarhed</li> </ul> |

Betjeningskræfter, herunder

- bremsefunktionen
- kørsel og manøvrering

Komfort for bruger, herunder

- siddekomfort

Stabilitet

- placering over toilet
- håndtering af bækken
- mærkning

Tilbehørsprogram

Rengøringsvenlighed

Almindelig vedligeholdelse

Leveringstid