

Delaftale 9: Rollator, terræn

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
12 06 06 (-11)	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
Sammenklappelig rollator til at skubbe frem. Rollatoren skal være forsynet med hvilesæde, fire massive hjul og aftagelig kurv eller net. Hjulene skal være min. 26 cm i diameter og min. 5 cm i hjulbredde. Rollatoren skal være beregnet til færdsel på brosten, grusbelægninger, skov og lignende.	
Bredde	Udvendig bredde max. 65 cm. Bredde mellem håndtag min. 43 cm.
Håndtag	Skal være højdeindstillelige uden brug af værktøj i området 78 cm–95 cm over gulv. Håndtaget skal have et godt greb med stor understøttelsesflade og ikke være for glat. Materialet skal være ikke absorberende. Håndtagene skal være udskiftelige.
Hvilesæde	Skal være placeret i intervallet 52 cm – 64 cm over gulv eller være højdeindstilleligt. Materialet skal være ikke absorberende. Sædet må ikke forhindre opret gang.
Bremser	Bremserne skal kunne betjenes med et minimum af kraft. Bremsekabler skal være monteret, så de ikke generer under brug. Kørebremsen skal kunne betjenes uden borger flytter hånden fra håndtaget. Bremsekablerne skal kunne strammes med almindeligt værktøj.
Sammenklapning	Rollatoren skal være let sammenklappelig, uden brug af værktøj. Rollatoren skal kunne holde sig låst i sammenklappet tilstand.
Vægt	Skal være max. 12 kg ekskl. tilbehør, som kan tages af uden brug af værktøj.
Brugervægt	Skal være min. 120 kg.
Rengøring	Rollatoren skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og plejeboliger.
Øvrigt	Kurv eller net skal kunne belastes med min. 5 kg. Rollatoren skal være forsynet med reflekser. Rollatoren skal være mærket med max brugervægt.
Leveringstid	Max. 5 hverdage.
Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)	
Stokkeholder	
Iltflaskeholder	
Rygbøjle eller rygrem	
Slæbebremse	

Luftfyldte hjul

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 1985:1999 Ganghjælpemidler. Generelle krav og prøvningsmetoder og
- DS/EN ISO 11199-2:2005 Rollatorer. Krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende

Hvis der tilbydes underarmsstøtte skal der tillige medsendes dokumentation for overholdelse af

- DS/EN 11199-3:2005 Gangborde. Krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Alle relevante mål på rollatoren

Max. brugervægt og max. belastning af kurv eller net

Komplet tilbehørsprogram

Stabilitet både i udslået og i sammenklappet tilstand

Korrosionsbestandighed

Tilladte rengøringsmetoder

Forventet levetid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Leveringstid

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Komfort for bruger

- håndgreb
- sæde
- gangstilling ved brug

Betjeningsvenlighed for bruger og hjælper, herunder

- kraftforbrug ved betjening af bremses
- sammenklapning
- opbevaring og håndtering ved transport
- tilbehør, fx af- og påmontering af kurv eller net
- lav vægt

Betjeningsvenlighed for hjælper og depotmedarbejder, herunder

Indstillingsmuligheder

Køreegenskaber og manøvrering

Funktionalitet, herunder

- bremsefunktion
- sammenklapning

Tilbehørsprogram

Rengøringsvenlighed

Leveringstid

- opbevaringsmål
- monteringslethed af tilbehørsdele