

Delaftale 13: Ramper/kiler til dørtrin

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
ISO-nr 18 24 12 – 03	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
Enkeltstående ramper/kiler, beregnet til udligning af niveauforskelle ved dørtrin. Ramperne skal fortrinsvis anvendes indendørs til udligning af dørtrin.	
Højde	Skal kunne udligne niveauforskelle på op til 3,6 cm. Skal kunne leveres i højder fra 0,5 cm til 3,6 cm fordelt på mindst 2 forskellige højder og med mulighed for modulopbygning.
Bredde (dør)	Skal kunne benyttes til dørbredder 60 – 90 cm
Materiale	Må ikke smitte af. Skal have en skridsikker køreflade. Skal være plastik eller gummi
Max. belastning	Min. 250 kg. Max. lasteevne skal fremgå af brugsanvisning, og bør fremgå af mærkningen.
Øvrigt	Skal kunne fastgøres stabilt.
Leveringstid	Max. 5 hverdage
Rengøring og vedligeholdelse af produktet	Rampen skal kunne tåle rengøring efter Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og i plejeboliger (www.ssi.dk/sw44966.asp)
Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)	
Krav til dokumentation	
Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr. Det kunne være dokumentation for prøvning efter <ul style="list-style-type: none">• DS/EN 12182:2002 Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende. Rampen skal være mærket med max. tilladte belastning. Der skal medsendes oplysninger om følgende:	
Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)	
Betjeningsvenlighed for bruger og hjælper, herunder <ul style="list-style-type: none">– ved evt. sammenklapning– opbevaring og håndtering ved transport– lav vægt	Skridsikkerhed
Betjeningsvenlighed for depotmedarbejder, herunder <ul style="list-style-type: none">– opbevaringsmål– håndterbarhed	Tilbehørsprogram
Holdbarhed	Rengøringsvenlighed
	Mærkning
	Leveringstid