

Delaftale 18 – Kørestol, aktiv krydsramme

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
12 22 03 (-08)	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
Kørestol, baghjulsdreven, aktiv, krydsramme til voksne. Kørestolen skal kunne køres af borger selv eller skubbes af hjælper. Stolen skal have mange indstillingsmuligheder, herunder indstilling af balancepunkt, for at kunne skabe en funktionel siddestilling og god køreergonomi.	
Sædestørrelser	Kørestolen skal kunne fås i flere bredder, der dækker området fra 38 – 50 cm og skal være i interval max. 3 cm. Kørestolen skal kunne fås i flere dybder, der dækker området fra 40 – 50 cm og skal være i interval max 3 cm. Højden skal kunne justeres fra 36–50 cm. uden pude.
Ryg	Kørestolen skal være forsynet med justerbar stroppryg og justerbar rygvinkel. Der skal være mulighed for forskellige ryghøjder. Ryghøjden skal kunne justeres i området 38–50 cm. Der skal være mulighed for montering af anden type ryg på de eksisterende rygrør. Ryggens stof skal være slidstærkt og have lav strækkevne.
Armlæn	Højdeindstillelige og let aftagelige uden brug af værktøj. Højde indstillingen skal være i intervallet max. 2½ cm. Armlænene skal være med plastsidestykker eller anden type frakkeskåner. Armlænsbolstring skal være af et ikke absorberende materiale.
Benstøtter	Skal være ikke-eleverbare, svingbare, aftagelige og justerbare i forhold til benlængde. Skal kunne justeres i højden fra 35–50 i et interval af max. 2½ cm. Standard vinkel på benstøtten skal være 75–80 cm. Skal kunne indstilles med minimalt brug af værktøj.
Fodplader	Opklappelige fodplader med antiskrid overflade, og som kan vinkles fremad/bagud. Skal kunne holde sig oppe i opslået tilstand. Det skal være muligt at montere en hælrem.
Hjul	Drivhjul 22"–24", med luftfyldte dæk og drivringe. Luftfyldte dæk til kørestolen skal være forsynet med samme type ventiler. Mulighed for justering af drivhjulets placering både i længde og højderetning. Mulighed for cambring i 0–3 grader. Drivringene skal kunne afmonteres og afstandsstykkerne skal kunne justeres. Hjulene skal være med quick-release aksel. Svinghjul skal være massive. Justerbare forhjulsophæng. Dæk må ikke kunne smitte af på underlaget.
Bremser	Håndgrebet må ikke være i vejen for hænderne under kørsel og må ikke være i vejen ved sideværts forflytninger. Bremsen må ikke øge totalbredden på stolen. Skal være lette at justere og der skal være et brugervenligt håndgreb. Let at udskifte.
Skubbehåndtag	Højdejusterbare uden brug af værktøj. Skal være højdeindstillelige i området 90 cm – 110 cm over gulv. Udskiftelige. Udformet så hånden ikke glider og i et ikke absorberende materiale.
Tipsikring	Kørestolen skal være monteret med 2 tipsikring og mulighed for trædepedal. Tipsikring skal kunne indstilles og deaktiveres uden brug af værktøj. Tipsikringen skal kunne justeres i højde og /eller længde.
Vægt netto	Vægt ekskl. aftageligt udstyr max.10 kg.
Vægt med hjul	Vægt med hjul og ekskl. alt øvrigt aftageligt udstyr max.16 kg.

Brugervægt	Min. 125 kg. Max. brugervægt skal være tydeligt mærket på kørestolen.
Rengøring	Kørestolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Hele stolen skal kunne tåle vaskemaskine. Evt. hulrum eller forsænkninger, hvor væske kan samles, skal være forsynet med drænhul.
Øvrigt	Kørestolen skal være enkel og nem at indstille og klappe sammen. Det skal være muligt at få kvalificeret konsulentbistand til at indstille kørestolen. Kørestolen skal kunne benyttes med ledsagerbetjent trappekører. Kørestolen skal være beregnet til fastspænding under transport i bil, og anbefalede fastspændingssteder skal være tydeligt afmærket på stolen. Mulighed for montering af seler, gerne uden brug af værktøj. Stolen skal kunne indstilles med et minimalt forbrug af værktøj. Let tilgængeligt reservedelskatalog på dansk.
Leveringstid	Max.5 hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

Standard siddepude
 Eleverbare benstøtter med lægstøtte
 Amputationsbenstøtter
 Hælrem
 Lægrem
 Sele
 Bremsforlængere
 Lange og korte armlæn samt hemiplegiarmlæn
 Stokkeholder
 Kørestolsbord og halvbord
 Drivhjul i 22" og 26"
 Massive og halvmassive drivhjul
 Svinghjul i forskellige størrelser i området 5" - 8"
 Eggerbeskyttere
 Evt. stropsæde
 Udskiftelige reservedele som benstøtter, fodplader, armlænsputer og frakkeskåner.

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 12183:2002 Manuelt drevne kørestole – Krav og prøvningsmetoder eller
- DS/EN 12183:2009 Manuelle kørestole – Krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende

Kørestole der er beregnet til fastspænding under transport i bil skal overholde

- DS/ISO 7176-19: 2002 Kørestole. Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug i motorkøretøjer eller
- DS/ISO 7176-19: 2008 Kørestole. Del 19: Kørestole – Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer eller tilsvarende

Kørestole, der er beregnet til at få monteret en hjælpemotor skal overholde (for hele kombinationen af stol og hjælpemotor)

- DS/EN 12184:2002 Elektrisk drevne kørestole, scootere og deres ladere. Krav og prøvningsmetoder. eller
- DS/EN 12184:2009 Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater. Krav og prøvningsmetoder. eller tilsvarende

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Komplet tilbehørsprogram

Max. brugervægt

Relevante mål og vægtangivelser

Tilladte rengøringsmetoder

Hvorvidt der kan monteres en hjælpemotor

Hvilke fastspændingssystemer, der må anvendes ved transport i bil

Stellet og andet materiale på stolen, herunder overfladebehandlingen

Forventet levetid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Konsulentbistand, omfang og indhold og pris

Leveringstid

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Betjeningsvenlighed for bruger, herunder

- bremses
- armlæn
- benstøtter
- tipsikring
- skubbehåndtag

Komfort for bruger, herunder

- bremseser ikke i vejen
- siddekomfort

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder

- indstillingsfunktioner
- sammenklapning
- skubbehåndtag
- tipsikringer
- vægt

Indstillingsmuligheder

Køreegenskaber for bruger og hjælper

Tilbehørsprogram

Antal varianter af sædedimensioner

Funktionalitet, herunder

- montering af hjælpemotor
- montering på trappekører

Almindelig vedligeholdelse

Rengøringsvenlighed

Leveringstid