

Delaftale 19 Arbejdsstol med bremses og gasfjeder til højderregulering

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
18 09 03 (-11)	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
Arbejdsstol til voksne med indstilleligt sæde med lås for sædedrej, med indstillelig rygstøtte og gasfjeder til højderregulering. Med håndbetjent centralbremse.	
Sædet	Skal være højdeindstilleligt i området min. 40–65cm. over gulv, evt. fordelt på flere varianter. Skal være polstret og forsynet med betræk, der er brandhæmmende, ikke absorberende materiale og smudsafvisende. Sædet skal kunne rotere i forhold til understel.
Indstilling af sæde	Skal kunne vinkles fremad uafhængig af ryggens indstilling. Sædebredde skal kunne indstilles i intervallet 42–46cm. Sædedybde skal kunne indstillet i intervallet 43–46cm.
Ryg	Skal kunne indstilles i højde, i vinkel og i dybde i forhold til sædet. Skal være polstret og forsynet med betræk, der er brandhæmmende, ikke absorberende materiale og smudsafvisende. Rygbredde skal være mellem 42 og 46 cm. Ryghøjde skal være mellem 35 og 42 cm.
Brugervægt	Skal være min. 120 kg.
Armlæn	Skal kunne indstilles trinløst i højde og bredde. Skal være aftagelige.
Bremses	Håndbetjent bremse, som virker på min. to hjul. Bremse skal kunne placeres valgfrit i højre eller venstre side.
Hjul	Letløbende, svingbare hjul. Hjulene må ikke kunne smitte af på underlaget. Hjulene skal være placeret på en sådan måde, at der er god plads til fødderne ved manøvrering og siddende forflytninger. Stolen skal have gode køreegenskaber og være stabil i brug
Rengøring	Stolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og i plejebolig. Hjul skal være rengøringsvenlige.
Mærkning	Stolen skal være mærket med max. brugervægt.
Øvrigt	Indstilling af sædehøjde, ryg og armlæn skal foregå med betjeningsvenlige greb med tydelige, logiske symboler.
Levering	Max. 5 hverdage.
Understel	Totalbredde af understel må max være 65cm
Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)	
Sæder og rygge i alternative størrelser og udformninger Inkontinens- eller skånebetræk til sæde Armlæn i forskellige størrelser Hemiplegiarmlæn Bremseforlænger Fodring Mulighed for elbremse og elhejs	

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 12182:2002 Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder
- Det svenske Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation "Sittmöbler och sitsar för vuxna", udgave 15-10-2005, der bla. indeholder tilpasninger/stramninger af krav i DS/ EN 1335-serien for Kontormøbler – kontorstole (kan downloades fra <http://hmi.dk/media/SvenskKravspecStole051025.pdf>)
- DS/EN 1021-1:2006 og DS/EN 1021-2:2006 Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler. Del 1 og 2 antændelseskilde henholdsvis glødende cigaret og tændstikflamme eller tilsvarende

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Alle brugsmål og vægtangivelse

Materialer

Materialer/metoder anvendt i forbindelse med at opnå en evt. brandhæmmende effekt (se fx krav i forbindelse med Øko-
Tex mærkningen

Komplet tilbehørsprogram

Max. brugervægt

Tilladte rengøringsmetoder

Forventet levetid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Leveringstid

Bortskaffelse

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Indstillingsmuligheder, herunder

- sædehøjde
- sædevinkling
- ryggen
- armlæn

Komfort for bruger, herunder

- siddekomfort
- klima

Betjeningsvenlighed for bruger og hjælper, herunder

- kraftforbrug og ergonomi ved betjening af indstillingsmuligheder
- kraftforbrug og ergonomi ved betjening af bremsere
- kørsel og manøvrering

Betjeningsvenlighed for depotmedarbejder, herunder

- lav vægt
- opbevaringsmål
- monteringslethed af tilbehørsdele

Tilbehørsprogram

Rengøringsvenlighed

Leveringstid