

Delaftale 31 – Glidelagen

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)

12 31 03 -21

Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)

Glidelagen der nedsætter friktionen, når en person skal vende sig i sengen. Skal kunne bruges sammen med skummadrasser og tryksårsforebyggende madrasser uden en væsentlig forringelse af disse produkters egenskaber. Skal kunne anvendes til indstillelige plejesenge med 4-delt liggeflade i private hjem/i plejeboliger.

Glidelagen	Lagnet skal bestå af glidestof og have en skridsikker belægning fx bomuld langs kant i begge sider, så borger ikke glider ned når der sidder på sengekant.
Mål	Skal kunne leveres i to længder 90-100 cm og 140-150 cm. Og passe til en madrassbredde på 88cm.
Øvrigt	Lagenet skal kunne blive på plads, når liggefladen indstilles,
Egenskaber	Materialet skal være åndbart og være udformet således, at det ikke væsentligt påvirker den underliggende madrass' trykfordelingsevne. Materialer og syninger må ikke give risiko for tryk hos borger. Skal nedsætte friktion ved glid fra side til side i sengen. Skal være opmærket med op/ned eller lign. hvis det har betydning for placeringen.
Rengøring	Skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og i plejebolig. Skal kunne tåle at vaskes i vaskemaskine ved min. 80° i min. 10 minutter. Skal kunne tåle tørretumbling. Produktet skal være mærket med vaske anvisninger. Skal kunne vaskes ofte uden at miste glide egenskaber
Levering	Max. 5 hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 12182:2002 Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder
- DS/EN 597-1:1995 og DS/EN 597-2:1995. Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af madrasser og sengebunde. Del 1 og 2, antændelseskilde henholdsvis glødende cigaret og tændstikflamme. (For vendemadrass)
- DS/EN ISO 12952-1 og -2 Textilprøvning. Sengeudstyrs brandforhold, for antændelseskilde glødende cigaret, og 12952-3 og -4 for antændelseskilde lille flamme. (For glidelagen)

eller tilsvarende.

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Max. brugervægt

Materialer, egenskaber for glidelagen

Materialer/metoder anvendt i forbindelse med at opnå en evt. brandhæmmende effekt (se fx krav i forbindelse med Øko-
Tex mærkningen)

Alle mål

Tilladte rengøringsmetoder

Evt. restriktioner ved opbevaring

Evt. tilbehørsprogram

Forventet levetid med intakt glideevne

Leveringstid

Omfang og indhold af vederlagsfri konsulentbistand

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Komfort for bruger, herunder

- klimakomfort
- vendesystemets evne til at bevare madrassens trykfordelings-/aflastningsevne
- lave forskydningskræfter ("shear forces") i vævet
- støj fra materialet (fx knitren)

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder

- af- og påmontering af glidelagen
- håndterbarhed, herunder kraftforbrug
- let forståelig brugermanual
- opbevaringsmåde
- mærkning

Tilbehørsprogram

Rengøringsvenlighed

Forventet levetid

Leveringstid