

Delaftale 32: Vendesystem – ikke polstret, bestående af glidelagen og vendelagen

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
12 31 03 -21	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
<p>Vendesystem til seng, der består af et glidelagen (madrasovertækket) og et vendelagen, der nedsætter friktionen, når en person skal vendes eller forflyttes i sengen. Vendesystemet skal både kunne anvendes til at vende og forflytte personen manuelt. Personen skal kunne forflyttes til siderne og op/ned i seng vha. vendesystemet. Skal kunne bruges sammen med skummadrasser og tryksårsforebyggende madrasser uden en væsentlig forringelse af disse produkters egenskaber. Skal kunne anvendes til indstillelige plejesenge med 4-delt liggeflade i private hjem/i plejeboliger</p>	
Glidelagen	Lagnet skal bestå af glidestof og have en skridsikker belægning langs kanten i begge sider.
Mål	Skal passe til en madras der er 200 cm lang og 88 cm bred, med en tykkelse på 20 cm. Produktet skal kunne fås i to længder med glid på 140-150 cm og ca. 200 cm i længderetning.
Øvrigt	Lagenet skal kunne blive på plads, når liggefladen indstilles,
Egenskaber	Materialer skal være åndbart og være udformet således, at det ikke væsentligt påvirker den underliggende madrassens trykfordelingsevne. Materialer og syninger må ikke give risiko for tryk hos borger. Skal nedsætte friktion ved glid i alle retninger i sengen. Skal være opmærket med op/ned eller lign hvis det har betydning for placeringen.
Vendelagen	Skal kunne fås som et helt lagen .
Mål	Vendelagenet skal passe til en madras der er 200cm lang og 88 cm bred. Produktet skal kunne fås i 140-150 cm.
Egenskaber	Skal være udformet således, at det ikke væsentligt påvirker den underliggende madrassens trykfordelingsevne.
Mærkning	Vendelagenet skal være mærket med max. brugervægt.
Fælles krav	
Brugervægt	Skal kunne anvendes til personer med en brugervægt op til min. 125 kg.
Egenskaber	Materialer skal være åndbart og være udformet således, at det ikke væsentligt påvirker den underliggende madrassens trykfordelingsevne. Materialer og syninger må ikke give risiko for tryk hos borger. Skal nedsætte friktion ved glid i alle retninger i sengen. Skal være opmærket med op/ned eller lign hvis det har betydning for placeringen.
Mærkning	Glidelagen og vendelagen skal være mærket med op/ned eller lignende, hvis det har betydning for placeringen i seng. Skal være mærket med rengøringsanvisning.
Rengøring	Skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og i plejebolig. Skal kunne tåle at vaskes i vaskemaskine ved min. 80° i min. 10 minutter. Skal kunne tåle tørretumbling. Produktet skal være mærket med vaske anvisninger. Skal kunne vaskes ofte uden at miste glide egenskaber
Levering	Gælder for både glidelagen og vendelagen, max. 5 hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

Er der produkter der tilgodeser incont. problematikken bredt.?

Glidelagen i andre størrelser, fx ____ cm x ____ cm

Vendelagen i andre størrelser, fx ____ cm x ____ cm

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 12182:2002 Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder
- DS/EN 597-1:1995 og DS/EN 597-2:1995. Møbler. Bestemmelse af antændeligheden af madrasser og sengebunde. Del 1 og 2, antændelseskilde henholdsvis glødende cigaret og tændstikflamme. (For vendemadras)
- DS/EN ISO 12952-1 og -2 Textilprøvning. Sengeudstyrs brandforhold, for antændelseskilde glødende cigaret, og 12952-3 og -4 for antændelseskilde lille flamme. (For glidelagen) eller tilsvarende.

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Max. brugervægt

Materialer, egenskaber for glidelagen og vendelagen.

Materialer/metoder anvendt i forbindelse med at opnå en evt. brandhæmmende effekt (se fx krav i forbindelse med Øko-
Tex mærkningen)

Alle mål

Tilladte rengøringsmetoder

Evt. restriktioner ved opbevaring

Evt. tilbehørsprogram

Forventet levetid med intakt glideevne

Leveringstid

Omfang og indhold af vederlagsfri konsulentbistand

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Komfort for bruger, herunder

- klimakomfort
- vendesystemets evne til at bevare madrassens trykfordelings-/aflastningsevne
- vendesystemets evne til at blive på plads
- evnen til at forhindre bruger i at glide ned i sengen
- lave forskydningskræfter ("shear forces") i vævet
- støj fra materialet (fx knitren)

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder

- af- og påmontering af glidelagen
- håndterbarhed, herunder kraftforbrug
- let forståelig brugermanual
- opbevaringsmåde
- mærkning

Tilbehørsprogram

Rengøringsvenlighed

Forventet levetid

Leveringstid

