

Delaftale 35 – Mobil personløfter

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)

12 36 03 (-04)

Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)

Mobil personløfter med motoriseret løftemekanisme og motoriseret breddeindstilling af understel beregnet til forflytning af person til og fra seng, kørestol og toilet samt fra gulv.

Understel	Højden skal være max. 15 cm målt forrest på understellet Løfteren skal være forsynet med parkeringsbremses, der låser både for rul og drej. Understellet skal have V-formet / parallel breddeindstilling. Understellets udvendige bredde i smalleste stilling skal være max. 70 cm. Understellets største indvendige bredde i bredeste stilling skal være min. 80 cm.
Håndtag	Må ikke være glatte. Materialet skal være ikke absorberende. Det skal være muligt for hjælper at skubbe/trække personløfteren ved selvstændige greb.
Løfteåg	Skal være beregnet til 2-punkts ophæng. Og være drejeligt Skal være sikret mod at sejlet afmonterer sig selv. Sejlet skal let kunne af og på sættes.
Løftearm	Skal være udformet så den ikke generer bruger under løft Der skal være klemsikring
Håndbetjening	Den elektriske håndbetjening skal være logisk, tydeligt og holdbart mærket med trykknappernes funktion. Skal kunne holdes i og betjenes med samme hånd. Skal kunne betjenes lige godt med højre og venstre hånd. Skal kunne ophænges sikkert på løfteren. Skal let kunne udskiftes. Ledningen skal kunne tåle mange træk påvirkninger og håndbetjeningen skal kunne tåle gentagne fald på gulv.
Brugervægt	Skal være min. 150 kg.
Batterioplader	Skal være integreret i personløfteren , og ladestikket skal være let og logisk at sætte i. Der skal være lys/lydsignal, når der er behov for opladning, når batteriet lades, og når det er fuldt opladet.
Nødstop og nødfir	Skal være tydeligt afmærket og nemme at betjene.
IP-klasse	Elektriske dele skal have en beskyttelse mod indtrængning af vand på min. IP 4.
Rengøring	Personløfteren skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og plejeboliger.
Brugsanvisning	En kort betjeningsanvisning skal være aftrykt på eller ophængt ved personløfteren.
Øvrigt	Løfteren skal let kunne adskilles i forbindelse med transport. Tungeste enkelt del må veje max 25 kg. Løfterens mast og løfteåg skal være udformet, så det ikke generer borgeren under løft. Løfteren skal være brugervenlig og fremme gode arbejdsstillinger.
Leveringstid	Max 2 hverdage ved bestilling inden kl 12

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

Skal kunne fås med bredt og smalt åg, og evt flerpunkts ophæng.

Vejeenhed.

Skal kunne benyttes med en bred variation af sejl af forskellige mærker og typer med forskellig udformning.

Håndbetjening

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN ISO 10535:2007 Personløftere til flytning af handicappede personer – Krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende.

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Hyppeghed og omfang af evt. eftersyn af såvel løfter i henhold til leverandørens anvisninger, og hvilke kompetencer, der kræves for at udføre eftersynet

Hvorvidt der kan bruges sejl af andre fabrikater, i givet fald hvilke, eller der angives hvilke specifikationer, der skal være opfyldt herfor

Max. brugervægt

Alle brugsmål og vægtangivelser

Tilladte rengøringsmetoder for løfter

Tilbehørsprogram

Forventet levetid

Opladningskapacitet

Leveringstid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Indstillingsmuligheder, herunder

- løfteinterval
- løfteområde
- understel
- løfteåg

Betjeningsvenlighed, herunder

- af- og påsætning af sejl
- håndbetjeningen
- placering af betjeningshåndtag/pedaler
- kraftforbrug
- manøvrering og kørsel

Komfort for bruger, herunder

- afstand til mast og løfteåg
- afstand fra fødder/ben til understel
- sejlenes materialer og pasform
- siddestilling i sejl
- placering af batterikasse
- lydsvaghed
- løftebevægelse

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder

- monteringslethed
- lav vægt på enkeltdele
- opladningsprocedure
- opladningskapacitet
- mærkning

Tilbehør, herunder

- sejlprogram
- løfteåg

Rengøringsvenlighed

Almindelig vedligeholdelse

Eftersyn

Leveringstid