

Delaftale 38-1 – Sejl til mobile og stationære personløftere

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)

12 36 21(-24)

Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)

A:Helsejl med delte benstøtter: sejlet skal give støtte til lænd, ryg og skuldre.

B:Helsejl med delte benstøtter og hovedstøtte: sejlet skal give støtte til lænd, ryg, skuldre og hoved.

Løftesejl til anvendelse sammen med stationære personløftere, fritstående loftløftere og mobile personløftere.

Sejlet skal være udstyret med centreringsbånd eller lignede. Syningerne må ikke kunne give risiko for tryk.

Sejlene skal kunne benyttes til løfteåg med 2 punkts ophæng.

Størrelsen skal minimum dække str. X-small til x-large eller tilsvarende. Den tilbudte pris skal gælde uanset hvilken størrelse udbyder bestiller.

Udformning	A: Skal give støtte til lænd, ryg og skuldre (dække torso). B: Skal give støtte til lænd, ryg og skuldre (dække torso) samt give støtte til hoved A+B: Benstropperne skal være afstivede så de ikke folder under brug. Løfte stropper med forskellige længdepositioner (så samme sejl kan klare borgere i forskellige højder.)
Materiale	Skal være slidstærkt og hurtigt tørrende sejlmateriale. Skal være trykfordelende og holde faconen under brug.
Brugervægt	Skal være min. 200 kg.
Mærkning	Sejlet skal være udstyret med tydelig angivelse af Type, størrelse, max. Brugervægt, vaskeanvisning, produktionsår producent CE-mærkning. Mærkningen skal være holdbar og kunne tåle gentagen vask uden at oplysningerne bliver utydelige.
Rengøring	Sejlet skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Sejl/sele skal kunne vaskes i vaskemaskine ved min. 80° i min. 10 minutter. Skal kunne tåle tumbletørring.
Brugsanvisning	En kort betjeningsanvisning skal være aftrykt på sejlet. Uddybende betjeningsvejledning leveres med sejlet.
Øvrigt	Der skal vederlagsfrit kunne rekvireres sejl til afprøvning.
Leveringstid	Max. 3 hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

Forlængerstropper til sejl,

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN ISO 10535:2007 Personløftere til flytning af handicappede personer – Krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende.

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Hvilke typer lifte på det danske marked, sejlet kan kombineres med.

Max. brugervægt

Alle brugsmål og vægtangivelser

Materiale i sejl

Tilladte rengøringsmetoder for sejl/seler

Tilbehørsprogram

Forventet levetid

Leveringstid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Betjeningsvenlighed, herunder
– af- og påsætning af sele/sejl

Komfort for bruger, herunder

– seler/sejls materialer og pasform

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder
– mærkning

Tilbehør, herunder
– sele/sejlprogram

Rengøringsvenlighed

Almindelig vedligeholdelse

Eftersyn

Leveringstid