

## Delaftale 49-1 – Gangborde med adskilte underarmsstøtter

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
12 06 12 (-07)	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
<p>Sammenklappelig gangborde på hjul til at skubbe frem med støtte udelukkende til underarmene. Uden mulighed for støtte foran.</p> <p>Gangbordet skal være forsynet med hvilesæde, fire massive eller halvmassive hjul og aftagelig kurv eller net. Gangbordet skal være beregnet til såvel indendørs som udendørs brug.</p>	
<b>Bredde</b>	Udvendig bredde max.68 cm. Bredde mellem håndtag min. 43cm.
<b>Håndtag</b>	Skal være højdeindstillelige uden brug af værktøj i området 95 cm –115 cm over gulv. Håndtaget på støtteanordningen skal have et godt greb. Støtteanordningen og håndtaget skal være ikke absorberende. Håndtagene skal være udskiftelige.
<b>Hvilesæde</b>	Skal være placeret i intervallet 52–62 cm over gulv eller være højdeindstilleligt i tilsvarende højde. Materialet skal være ikke absorberende. Sædet må ikke forhindre opret gang.
<b>Bremser</b>	Bremserne skal kunne betjenes med et minimum af kraft. Bremsekabler skal være monteret, så de ikke generer under brug. Kørebremsen skal kunne betjenes uden borger flytter hånden fra håndtaget. Bremsekablerne skal kunne strammes med almindeligt værktøj.
<b>Sammenklapning</b>	Gangbordet på hjul skal være let sammenklappelig uden brug af værktøj og skal kunne holde sig låst i sammenklappet tilstand.
<b>Vægt</b>	Skal være max. 12 kg ekskl. tilbehør, som kan afmonteres uden brug af værktøj.
<b>Brugervægt</b>	Skal være min. 120 kg.
<b>Rengøring</b>	Gangbordet skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og plejeboliger.
<b>Øvrigt</b>	Kurv eller net skal kunne belastes med min. 5 kg.  Rollatoren skal være forsynet med reflekser.  Rollatoren skal være mærket med max brugervægt.
<b>Leveringstid</b>	Max. 5 hverdage.
Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)	
Iltflaskeholder	
Rygbøjle eller rygrem	

Bakke

Slæbebremse

Én-håndsbremse

Vinkeljusterbar håndtag

### Krav til dokumentation

**Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.**

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 1985:1999 Ganghjælpemidler. Generelle krav og prøvningsmetoder og
- DS/EN ISO 11199-2:2005 Rollatorer. Krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende

Hvis der tilbydes underarmsstøtte skal der tillige medsendes dokumentation for overholdelse af

- DS/EN 11199-3:2005 Gangborde. Krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende

**Der skal medsendes oplysninger om følgende:**

Alle relevante mål på rollatoren

Max. brugervægt og max. belastning af kurv eller net

Komplet tilbehørsprogram

Stabilitet både i udslået og i sammenklappet tilstand

Korrosionsbestandighed

Tilladte rengøringsmetoder

Forventet levetid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Leveringstid

### Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Komfort for bruger

- håndgreb
- sæde
- gangstilling ved brug

Betjeningsvenlighed for bruger og hjælper, herunder

- kraftforbrug ved betjening af brems

Indstillingsmuligheder

Køreegenskaber og manøvrering

Funktionalitet, herunder

- bremsefunktion
- sammenklapning

<ul style="list-style-type: none"><li>- sammenklapning</li><li>- opbevaring og håndtering ved transport</li><li>- tilbehør, fx af- og påmontering af kurv eller net</li><li>- lav vægt</li></ul>	Tilbehørsprogram
Betjeningsvenlighed for hjælper og depotmedarbejder, herunder	Rengøringsvenlighed
<ul style="list-style-type: none"><li>- opbevaringsmål</li><li>- monteringslethed af tilbehørsdele</li></ul>	Leveringstid